

版本号: DP250304

TIANprep Mini Plasmid Kit

质粒小提试剂盒

(离心柱型)

目录号: DP103

产品内容

产品组成	DP103-02 (50 preps)	DP103-03 (200 preps)
平衡液BL (Buffer BL)	30 ml	120 ml
溶液P1 (Buffer P1)	15 ml	60 ml
溶液P2 (Buffer P2)	15 ml	60 ml
溶液P3 (Buffer P3)	20 ml	80 ml
去蛋白液PD (Buffer PD)	30 ml	120ml
漂洗液PW (Buffer PW)	15 ml	50 ml
洗脱缓冲液EB (Buffer EB)	15 ml	30 ml
RNA酶A (10 mg/ml) (RNaseA (10 mg/ml))	150 μ l	600 μ l
吸附柱CP3 (Spin Columns CP3)	50 个	200 个
收集管 (2 ml) (Collection Tubes 2 ml)	50 个	200 个

储存条件

该试剂盒置于室温 (15-30℃) 干燥条件下, 可保存15个月。若溶液产生沉淀, 使用前可在37℃水浴中预热10 min以溶解沉淀, 不影响效果。第一次使用前将RNA酶A加入溶液P1中, 混匀后置于2-8℃保存, 可稳定保存6个月。单独包装的RNA酶A在室温可稳定保存15个月。

产品简介

本试剂盒采用碱裂解法裂解细胞，再通过离心吸附柱在高盐状态下特异性地结合溶液中的DNA。离心吸附柱中采用的硅基质材料为本公司新型材料，高效、专一吸附DNA。以下操作步骤适用于提取1-5 ml过夜培养的大肠杆菌，质粒提取得率和质量与宿主菌的种类和培养条件，细胞的裂解，质粒拷贝数，质粒的稳定性，抗生素等因素有关。

使用本试剂盒提取的质粒DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序、连接、转化、文库筛选、体外翻译、转染一些常规的传代细胞等。

提取得率

质粒类型	菌液量	得率	质粒
低拷贝	1-5 ml	3-12 µg	pBR322, pACYC及其衍生载体 pSC101及其衍生载体, SuperCos, pWE15
高拷贝	1-5 ml	6-30 µg	pTZ, pUC, pBS, pGM-T

注意事项 请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

1. 溶液P1在使用前先加入RNA酶A （将试剂盒中提供的RNA酶A全部加入），混匀，置于2-8℃保存。
2. 使用前请先检查平衡液BL、溶液P2和P3是否出现浑浊，如有混浊现象，可在37℃水浴中加热10 min，即可恢复澄清。
3. 注意不要直接接触溶液P2和P3，使用后应立即盖紧盖子。
4. 所有离心步骤均为使用常规台式离心机室温下进行离心，速度为12,000 rpm (~13,400×g)。
5. 提取的质粒量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。
6. 实验前使用平衡液BL处理吸附柱，可以充分激活硅基质膜，提高得率。
7. 用平衡液BL处理过的柱子最好当天使用，放置时间过长会影响效果。

操作步骤

使用前请先在漂洗液PW中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1. 柱平衡步骤：向吸附柱CP3中（吸附柱放入收集管中）加入500 μ l的平衡液BL，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心1 min，倒掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中（请使用当天处理过的柱子）。
2. 取1-5 ml过夜培养的菌液，加入离心管中，使用常规台式离心机，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心1 min，尽量吸除上清（菌液较多时可以通过多次离心将菌体沉淀收集到一个离心管中）。
3. 向留有菌体沉淀的离心管中加入250 μ l溶液P1（请先检查是否已加入RNA酶A），使用移液器或涡旋振荡器彻底悬浮细菌沉淀。

注意：如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解，导致提取量和纯度偏低。

4. 向离心管中加入250 μ l溶液P2，温和地上下翻转6-8次使菌体充分裂解。

注意：温和地混合，不要剧烈震荡，以免打断基因组DNA，造成提取的质粒中混有基因组DNA片断。此时菌液应变得清亮粘稠，所用时间不应超过5 min，以免质粒受到破坏。如果未变得清亮，可能由于菌体过多，裂解不彻底，应减少菌体量。

5. 向离心管中加入350 μ l溶液P3，立即温和地上下翻转6-8次，充分混匀，此时将出现白色絮状沉淀。12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心10 min。

注意：P3加入后应立即混合，避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀，可再次离心后取上清。

6. 将上一步收集的上清液用移液器转移到吸附柱CP3中（吸附柱放入收集管中），注意尽量不要吸出沉淀。12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心30-60 sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱CP3放入收集管中。
7. **可选步骤：**向吸附柱CP3中加入500 μ l去蛋白液PD，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心30-60 sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱CP3重新放回收集管中。

8. 向吸附柱CP3中加入600 μ l漂洗液PW (请先检查是否已加入无水乙醇)，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心30-60 sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱CP3放入收集管中。

9. 重复操作步骤8。

10. 将吸附柱CP3放入收集管中，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心2 min，目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除。

注意：漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。为确保下游实验不受残留乙醇的影响，建议将吸附柱CP3开盖，置于室温放置2-5 min，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

11. 将吸附柱CP3置于一个干净的离心管中，向吸附膜的中间部位滴加50-100 μ l洗脱缓冲液EB，室温放置2 min，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心2 min将质粒溶液收集到离心管中。

注意：洗脱缓冲液体积不应少于50 μ l，体积过小影响回收效率。洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响。若后续做测序，需使用ddH₂O做洗脱液，并保证其pH值在7.0-8.5范围内，pH值低于7.0会降低洗脱效率。且DNA产物应保存在-20℃，以防DNA降解。为了增加质粒的回收率，可将得到的溶液重新加入吸附柱中，室温放置2 min，12,000 rpm ($\sim 13,400\times g$) 离心2 min，将质粒溶液收集到离心管中。

低拷贝或大质粒 (>10 kb) 提取

如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10 kb的大质粒，应加大菌体使用量，使用5-10 ml过夜培养物，同时按照比例增加P1、P2、P3的用量，洗脱缓冲液EB应在65-70℃水浴预热，在吸附和洗脱时可以适当的延长延长时间，以增加提取效率。其它步骤相同。



TIANGEN 官方微信，专业服务助力科研：

- 可视化操作指南
- 技术公开课合辑
- 全线产品查询
- 在线专家客服
- 微信直播课堂
- 最新优惠活动

坚持“CUSTOMER FIRST”理念 秉承“质量为天，服务为根”宗旨！

TIANGEN为您提供从样本处理，
核酸纯化到下游检测的整体解决方案

科研试剂

- 样本保护与处理
- 磁珠法外泌体系列
- 基因组 DNA 提取
- 质粒提取
- 总 RNA 提取
- DNA 产物纯化 / 胶回收
- PCR 系列
- NGS 文库制备
- 表观遗传学
- RT-PCR 系列
- 荧光定量 PCR 系列
- 克隆和点突变
- DNA 分子量标准
- 蛋白表达和检测

科研解决方案

- 快速分子克隆整体解决方案
- 基因表达分析快速解决方案
- 环境微生物解决方案
- 复杂样本 RNA 解决方案